

Numer sprawy **ZDZ.262.2.2020**
Częstochowa, 2020-06-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZDZ.262.2.2020**. Nazwa zadania: **"Dostawa odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem"**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:

Do Zadania nr 3, Załącznik nr 2.3 do SIWZ:

poz. 8: Czy Zamawiający dopuści kreatyninę w opakowaniach po 80ml (60 +20ml) z przeliczeniem przez Wykonawcę zapotrzebowaną wielkość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 2:

Do Zadania nr 3, Załącznik nr 2.3 do SIWZ:

poz. 38: Czy butelki do odczynników mają być z nakrętkami?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w **pakiecie 8 poz.9** Nakłuwacze z ostrzem typu igła o rozmiarze 21G 1,8mm? Nakłuwacze pakowane po 200 sztuk.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów od różnych producentów w pakiecie 13?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek do mikrometody z kapilarą?

Odp.: Tak

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora

mgr Beata Pochodnia
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy