

Numer sprawy **ZDZ.262.2.2020**  
Częstochowa, 2020-06-30

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 3**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZDZ.262.2.2020**.  
Nazwa zadania: **"Dostawa odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem"**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyłączenie pozycji **1, 2, 5, 6 z pakietu 4** i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w **pakietach 4** uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej

wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 1, 2, 5, 6 testów innych producentów europejskich? Wymagania dotyczące europejskiego producenta nosi znamiona ograniczenia konkurencji.

**Odp.:** Zgodnie zapisami SIWZ – Załącznik nr 2.4 Opis przedmiotu zamówienia w pozycjach 1,2,5 i 6. Zamawiający miał na myśli odczynniki wyprodukowane na terenie Europy. Patrz Wyjaśnienia treści SIWZ – 1 pytanie nr 14.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o możliwość złożenie oferty w postaci elektronicznej, zalecanej w czasie pandemii przez UZP. Może to nastąpić poprzez dopuszczenie możliwości złożenia oferty mailem w postaci zaszyfrowanej, a na max 30 minut przed otwarciem ofert przesłanie hasła do otwarcia pliku. Oferta byłaby podpisana elektronicznie.

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ. Patrz Wyjaśnienia treści SIWZ – 1 pytanie nr 15.

**Pytanie nr 4:**

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

**Odp.:** Tak, Zamawiający oczekuje.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatorów z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem (menu) w języku angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej i szczegółowej instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje aby oferowany w poz. 6 odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

**Odp.:** Tak, Zamawiający oczekuje i wymaga.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ. . Patrz Pytanie nr 15 Wyjaśnienia treści SIWZ – 1.

**Pytanie nr 8:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

**Odp.:** Zgodnie zapisami SIWZ. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady KC.

**Pytanie nr 9 :**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na:

"W przypadku dostarczenia towaru z terminem ważności krótszym niż określony, Zamawiający zastrzega prawo odmowy przyjęcia dostawy".

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ

**Pytanie nr 11:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Par. 3 ust. 5 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dostawy**

Par. 6 ust. 8, Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp.:** Tak, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

**Dot. Załącznik nr 10 umowa dzierżawy, umowa serwisowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

**Uzasadnienie:**

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające

się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

**Odp.:** Zgodnie zapisami SIWZ. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady KC.

**Pytanie nr 16:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dzierżawy**

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 17:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dzierżawy**

Par. 2 ust. 3 W celu usprawnienia podłączenia analizatorów do funkcjonującego u Zamawiającego systemu, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu podłączenia do systemu LIS (HIS), oraz miejsca instalacji (np. ZDL, IP, SOR, Oddział, inne).

**Odp.:** System InfoMedica ; montaż w Laboratorium pok. 9a

2. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki jest sposób komunikacji z systemem LIS (HIS) - bezpośrednio, integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS, integracja z linią komunikacyjną niewymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.

**Odp.:** Sposób komunikacji bezpośrednio do InfoMedica.

3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny, mikrobiologiczny czy serologiczny.

**Odp.:** Rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny.

4. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje konfigurację stacji roboczych (wymagające - rozpakowania, podłączania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania aplikacyjnego)?

**Odp.:** Nie.

5. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych jak np. drukarki, czytniki kodów kreskowych (prosimy o wyszczególnienie jakie i ile)?

**Odp.:** Nie.

6. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników?

**Odp.:** Nie.

7. Czy Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i czy są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?

**Odp.:** Tak.

8. Czy Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową?

**Odp.:** Tak.

9. Czy, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, aby przystąpić do realizacji zlecenia, będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty (jeśli tak, to jakie)?

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 18:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dzierżawy**

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa "bezpłatnie"?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ. Zamawiający miał na myśli - „w ramach czynszu dzierżawnego”

**Pytanie nr 19:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dzierżawy**

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na umożliwienie nabycia przez Zamawiającego własności sprzętu poprzez sprzedaż po wartości rynkowej po zakończeniu okresu dzierżawy?

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami art. 155-170 k.c. przekazanie sprzętu może nastąpić w jednej z form wskazanych w tych przepisach. Niniejsze postanowienie wzoru umowy nie wskazuje formy przeniesienia własności na Zamawiającego w przyszłości i tym samym nie określa precyzyjnie obowiązku Wykonawcy w tym zakresie. Tymczasem precyzyjne określenie praw i obowiązków stron umowy cywilnoprawnej służy jej prawidłowemu wykonaniu.

**Odp.:** Tak, dotyczy sprzętu: lodówka, niszczarka, pipety,, klimatyzator i komputer po odliczeniu amortyzacji sprzętu.

**Pytanie nr 20:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa dzierżawy**

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

**Dot. Załącznik nr 10 - umowa serwisowa**

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odp.:** Tak. Patrz Formularz oferty str.34 pkt.3 (oświadczenia dot. Postanowień SIWZ)

**Pytanie nr 22:**

**Dotyczy zadania nr 13 – Gotowe podłoża bakteriologiczne do hodowli i identyfikacji (płytki) oraz szczepy wzorcowe:**

Czy Zamawiający w pozycjach 1 – 15 dopuści konfekcjonowanie 1 op.= 20 szt.?

**Odp.:** Tak ,dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 23:**

**Dotyczy rozdziału VII pkt 3.1 ([...] koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) dla zadania nr 13:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia ani licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, Wykonawca może złożyć do oferty oświadczenie, że do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia nie są wymagane żadne koncesje, zezwolenia lub licencje.

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 24:**

**Dotyczy Zadania nr 13, pkt 1.9 warunków granicznych (karty charakterystyki substancji niebezpiecznych):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast dostarczenia kart, wykonawca udostępnił bezpłatną stronę internetową, z której w dowolnej chwili Użytkownik może samodzielnie pobrać karty?

**Odp.:** Tak ,dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 25:**

**Dotyczy wzoru umowy dostawy dla Zadania nr 13, §3 ust.5 (kary umowne):**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację pierwszego podpunktu postanowienia przez naliczanie kary za odstąpienie od umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do zrealizowania.

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

**Dotyczy Rozdział XIII SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

**Odp.:** Dopuszcza, ale nie wymaga w formularzach cenowych. W formularzu oferty należy wp[sać kwoty z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 27:**

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Dotyczy §6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ. Patrz pytanie nr 3 Wyjaśnienia treści SIWZ – 1

**Pytanie nr 28:**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia**

**Dotyczy Zadanie Nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości 165mm?

**Odp.:** Dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 29:**

**Dotyczy Zadanie Nr 6 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. użytkowej 120ml i całkowitej 140ml?

**Odp.:** Dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 30:**

**Dotyczy Zadanie Nr 6 poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Eppendorf ?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 31:**

**Dotyczy Zadanie Nr 6 poz. 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek z płaską podstawą szczotki?  
Jeśli nie – to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie szczoteczek do innego pakietu?

**Odp.:** Nie, zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

**Dotyczy Zadanie Nr 6 poz. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek szlifowanych o wymiarach 25x75mm, które to wymiary są zgodne z normą PN-ISO 8037-1?

**Odp.:** Dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 34:**

**Dotyczy Zadanie Nr 6 poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 15,5 cm. Różnica 0,5 cm nie ma żadnego znaczenia użytkowego?

**Odp.:** Dopuszcza, ale nie wymaga.



**Pytanie nr 35 :**

**Dotyczy Załącznik nr 1 Zadanie Nr 6 – opis warunków granicznych pkt. 1.4**

W zawiązku z wymogiem Zamawiającego zawartym w pkt. 1.4, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 22, 23, 27 produktów ogólnolaboratoryjnych, oferowanych ze stawką VAT 23%.

Produkty będące przedmiotem pozycji 22, 23, 27 nie spełniają definicji wyrobu medycznego określonej w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i dlatego też nie zostały przez ich wytwórców zakwalifikowane jako wyroby medyczne. Dla tych produktów nie istnieje obowiązek posiadania deklaracji zgodności oraz dokumentów rejestrowych (zgłoszeń, wpisów, powiadomień) do URPLW MiPB. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego nie możliwe będzie złożenie ważnej oferty w Zadaniu nr 6"

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 36:**

**Dotyczy Zadania nr 13 p. 1.22 warunków granicznych (certyfikat producenta ISO 13485)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego certyfikatu producenta ISO 9001 ( dla producenta szczepów wzorcowych).

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Z-ca Dyrektora**

  
**mgr Beata Pochodnia**  
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy