

Numer sprawy ZDZ.262.1.8.2020
Częstochowa, 2020-01-23

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZDZ.262.1.8.2020. Nazwa zadania: *"Dostawa testów punktowych różnych produktów farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, materiałów zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, testów punktowych, drobnego sprzętu medycznego, części wymiennych do sprzętu medycznego, testów do sterylizacji"*.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Zaprośzenia informujemy:

Pytanie nr 1 :

Pakiet nr. 1 pozycja 41:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odp: Tak.

Pytanie nr 2 :

Pakiet nr. 1 pozycja 41:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odp: Nie dopuszcza. Glukoza o smaku cytrynowym interferuje w metodykę oznaczania.

Pytanie nr 3 :

Pakiet 2, poz. 4-7, 14-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-7, 14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: Nie.

Pytanie nr 4 :

Pakiet 2, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści kompresy podwijane z obu stron?

Odp: Tak, zgodnie z opisem.

Pytanie nr 5 :

Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 :

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolkę szer. 50 cm x perf. Co 50 cm, 40 mb na roli, 80 szt. odcinków w rolce?

Odp: Zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

Pytanie nr 7:

Pakiet 4 poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: Nie.

Pytanie nr 8 :

Pakiet 6, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 :

Pakiet 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 10 ml Luer Lock 10 ml ze skalą co 0,5ml?

Odp: Nie.

Pytanie nr 10 :

Pakiet 6, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: Nie

Pytanie nr 11 :

Dotyczy zadania nr 14, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 :

Dotyczy zadania nr 14: Asortyment zaofertowany w zadaniu nr 14 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odp: Tak.

Pytanie nr 13 :

Dotyczy Zadania nr 15, pozycja nr 3: Czy w miejsce torebki o wymiarze 130mm x 270/290 mm Zamawiający dopuści torebkę 135mm x 250 mm?

Odp: Nie. Zgodnie z opisem.

Pytanie nr 14 :

Pakiet 2, pozycja 19

Czy Zamawiający miał na myśli gąbkę żelatynową o wym. 70mmx50mmx10mm?

Odp: Tak.

Pytanie nr 15 :

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 15cm x 300cm?

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16 :

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład 50cm x 50cm a'80 sztuk?

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17 :

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem mlecznym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga (patrz pytanie nr 8).

Pytanie nr 18 :

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice zewnętrznie teksturowane, z poziomem AQL \leq 1.5, spełniające normę EN 16523-1, która jest normą równoważną dla normy EN 374-3?

Odp: Tak dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 :

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200szt, z przeliczeniem zamawianych ilości do 280 opakowań?

Odp: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 :

Z uwagi na to, że produkty opisane w tabeli „Załącznik nr 1.19 do Zaprośzenia” poz.3 i 4 są obecnie produktami farmaceutycznymi (a nie medycznymi), prosimy o wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na Zadania nr 19 bez pozycji nr 3 i 4

Pytanie nr 21 :

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 18 poz. 3 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy,

tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp: Zgodnie z opisem, chusteczki muszą spełniać wymagania producenta sprzętu medycznego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Zaprośzenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź powoduje modyfikację treści Zaprośzenia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.01.2020 do godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące składania ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora

mgr Beata Pochodnia

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy